

Produktion und Vertrieb medizinischer Einweggeräte

Mediocplast International GmbH - Heusweilerstr. 100 - D-66557 ILLINGEN

Lieferschein / Delivery-Note

Versandanschrift / Ship to address MT.DERM GmbH Gustav-Krone-Str. 3 14167 Berlin GERMANY		No. 31216 Datum / Date: 13.10.14 Bei Zahlungen bitte angeben ! / Please quote with all payments	
		Kunden-Nr. / Customer Account No. 0	Unser Zeichen / our ref. HSt
Ihre Zeichen Your Ref.	Gesamtlieferung / total consignm. Paletten: Kartons: Pallets: boxes:		Unsere Abtlg. Supplier Dep. STERILISATION
Versandart / Lieferbedingung Shipment / Delivery terms SELBSTABHOLER		freigezahlt / unfr. / upaid Paid Upaid	Bemerkungen / Notes Gesamtgewicht kg / Weight brutto / Gross netto / net
Rechnungs- Anschrift invoice adress MT.DERM GmbH Gustav-Krone-Str. 3 14167 Berlin GERMANY			Abladestelle / Unloading Location NN

Pos.	Auftrag Order Descr.	Ihre Auftrags-Bez. your order ref.	Charge Lot-No.	Bez.der Lieferung / Leistung Delivery description	Zyklus	Menge Quantity	Verpackung packaging
1	325032 06.10.14	02.10.2014	13973 07.10.14	PAL MP6	MP 6	1	PALETTE
2	325004 02.10.14	01.10.14	13973 07.10.14	PAL MP6	MP 6	1	PALETTE

E-MC15-L30L 15-liner
 Lot No.
 08031-38/2014

E-MC07-L40L 7-power
 Lot No.
 08700-45/2014

E-MC01-L40L 1-liner
 Lot No.
 08090-38/2014

E-MC27-M30L 27-magnum
 Lot No.
 05577-11/2014
 08050-38/2014

E-MC17-R35L 17-magnum-se
 Lot No.
 08064-38/2014

Ware unbeschädigt erhalten:

Datum _____

Unterschrift _____

Kennzeichen _____

Rechtsform: GmbH
 Sitz: Illingen
 Handelsregister: Amtsgericht Saarbrücken
 HRB 14340
 Geschäftsführer: Klaus F. Schmitt
 USt.-Id-Nr.: DE 814205662
 Steuer-Nr.: 030 114 01 464

levo Bank, Lebach
 (BLZ 593 930 00) Kto.-Nr. 861 00
 IBAN DE 30 5939 3000 0000 0861 00
 SWIFT/BIC GENO DE 51 LEB
 Saar LB, Saarbrücken
 (BLZ 590 500 00) Kto.-Nr. 5273008
 IBAN DE 88 5905 0000 0005 2730 08
 SWIFT/BIC SALA DE 55

Postbank Saarbrücken
 (BLZ 590 100 66) Kto.-Nr. 223-43-660
 IBAN DE 92 5901 0066 0022 3436 60
 SWIFT/BIC PBNKDEFF
 Commerzbank Saarbrücken
 (BLZ 590 400 00) Kto.-Nr. 5318423
 IBAN DE 78 5904 0000 0531 8423 00
 SWIFT/BIC COBA DE FF 590

Kerner Volksbank
 (BLZ 602 626 93) Kto.-Nr. 649 670 00
 IBAN DE 10 6026 2693 0064 9670 00
 SWIFT/BIC GENO DE 51 KRN

Sterilisation zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485 / DIN EN ISO 11135

MEDICOPLAST

Behandlungsnachweis

Methode: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum: 07.10.14
Sterilisations-Charge: 13973
Kunde: MT.DERM GmbH
Ihr Lieferschein/Bestellung: 01.10.14
Unser Ausg.-Lieferschein: 31216
Artikel: 960 PAL MP6
Anzahl: 1

Haltenstandzeit: mind. 12 h (November bis März)

Vorkonditionierung

Verweilzeit: mind. 12 h
Konditionen: 35-45 °C 50-80 % rel. Feuchte

Sterilisation

Zyklus: MP6
Temperatur: 44 °C
Vorvakuum: 200 mbar abs
Feuchte: 65 % rel. Feuchte
Kontaktzeit: 3 h
EO-Menge kalkuliert: 600 mg / l
Anzahl Spülungen: mind. 3

Desorption

Dauer: mind. 3 Tage
Konditionen: 35-45 °C

Bemerkungen

Die physikalischen Parameter entsprechen den Spezifikationen

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3 M Attest) entsprechen den Spezifikationen

Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung

Freigabe

Unterschrift QAM:  Datum: 13.10.14

Unterschrift QC:  Datum: 13.10.14



Behandlungsnachweis

Methoden: VA 7-5-1-6

Sterilisations-Datum:	07.10.14
Sterilisations-Charge:	13973
Kunde:	MT.DERM GmbH
Ihr Lieferschein/Bestellung:	02.10.2014
Unser Ausg.-Lieferschein:	31216
Artikel:	960 PAL MP6
Anzahl:	1

<u>Hallenstandzeit:</u>	mind. 12 h (November bis März)
<u>Vorkonditionierung</u>	
Verweilzeit:	mind. 12 h
Konditionen:	35-45 °C 50-80 % rel. Feuchte

<u>Sterilisation</u>	
Zyklus:	MP6
Temperatur:	44 °C
Vorvakuum:::	200 mbar abs
Feuchte:	65 % rel. Feuchte
Kontaktzeit:	3 h
EO-Menge kalkuliert:	600 mg / l
Anzahl Spülungen:	mind. 3

<u>Desorption</u>	
Dauer:	mind. 3 Tage
Konditionen:	35-45 °C

Bemerkungen


Die physikalischen Parameter entsprechen den Spezifikationen

Die mikrobiologische Inprozesskontrolle mit biologischen Indikatoren (Bacillus atrophaeus, 3 M Attest) entsprechen den Spezifikationen

Die Sterilisation erfolgte unter der Berücksichtigung der kundenspezifischen Validierung

Freigabe

Unterschrift QAM:  Datum: 13.10.14

Unterschrift QC:  Datum: 13.10.14